

Annexe 22. Feuille de surveillance de la température

RELEVÉ DE TEMPÉRATURE							
Type de matériel/identification :				Lieu :			
Mois :							
Date	Température		Analyse des contrôles		Signature	Remarque	Entretien
	Matin	Soir	Cocher si T° < 2 ou > 8°C	Stop!Watch® (1)			
1							Dépoussiérer extérieur Talquer/contrôler joint Vérifier flamme/ mèche (gaz, pétrole) Contrôler givre Signature : Dégivrer/nettoyer Contrôler rouille Vérifier flamme/ mèche (gaz, pétrole) Nettoyer cheminée (gaz, pétrole) Signature : Dépoussiérer extérieur Talquer/contrôler joint Vérifier flamme/ mèche (gaz, pétrole) Contrôler givre Signature :
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

(1) Stop!Watch® : si le Freeze-tag® indique X (ALARM) : noter FT = X
si l'indicateur 3M vire au bleu, noter 3M et les lettres des cases colorées (p.ex. 3M A, 3M AB, 3M ABC, 3M D)

Bilan et analyse du mois
Nombre de jours où un problème de T° a été détecté (< 2°C ou > 8°C) :
Stop!Watch® viré (préciser si FT ou 3M) :
Réparation(s) effectuée(s) (Oui/Non. Si oui, préciser quel type de réparation et date) :
Nom du réparateur :